

COMMODITY DESCRIPTION

H.S.K No.	ITEM No.	DESCRIPTION	Unit	Quantity
9018.190-2000		GSI Tympanometry (임피던스 청력검사기)	System	1

A. SPECIFICATION :

1. Tympanometry
 Probe tone : Frequency : 226Hz
 Level : 85 db SPL
 Gain control : AGC
2. Air pressure :
 Control : Automatic
 Range : Dfault +200 to -400daPa
 (max. +300 to -6700daPa)
 Safety limitation : -800 daPa and +600 daPa

B. CONSISTING OF :

1. Main Unit (Touch Screen or not) 1set
 2. Standard Probe system
 3. Eartips
 4. Shoulder strap (Probe mount kit)
 5. Power cable
 6. Instruction Mannual
- A. type
- Test Cavity(Calibration)
 - Cleaning Kit
 - Multi Frequency/Proven Algorithms (기능)
- B. type
- Contralateral Headset
 - Recording paper

C. REMARKS :


1. **Installation**
 Contractor is responsible for installation of this equipment at customer's premise
2. **Warranty**
 Bidder or supplier should be responsible for free-of-charge service during **three years** after the machine is accepted.


* 위와 같이 일반 경쟁 입찰을 의뢰합니다.

PS : 입찰 후 최저가 응찰 업체를 낙찰자로 결정함.


2026. 08. 04.

사용부서명 : 이비인후과 청력검사실

신청인 성명 : 이아름 

부서장 성명 : 김주연 

기술부서명 : 의용공학과

담당자 성명 : 강 석 만 

의용공학과장代 : 서 보 경 