

COMMODITY DESCRIPTION

H.S.K No.	ITEM No.	DESCRIPTION	Unit	Quantity
9019.20.4000		동맥경화협착 검사장비 (Vascular Screening System)	System	1

A. CONSIST OF :

* Main system

1 set

- Dimension : 310×110×270mm or 178x315x181mm
- Weight Main unit : 4.8kg or 4.5kg
- Display : Color TFT LCD 640 x 480dots or 1024 x 768 dots
- Display screen handling : Touch screen
- Main unit 일체형 or 분리형(Main unit+NIBP/Pulse module)
- ABI measurement
- CAVI measurement
- ET(Ejection Time)
- Automatic interpretation by Pulse Volume Recordings analysis
- Estimated vascular age
- Estimated cardiovascular event risk
- Data storage type:
 - Built-in CF card(2GB) or SD card
- Data reference on network PC
- External Connection

A type.

- TBI measurement(software fuction) 1 ea
- Electrode & Sensor Jel pad 5 pack
- ECG Clip 1 set

B type.

- Electrode & Sensor Jel pach 1 pack

* Accessory

1	Portable Cart	1 ea
2	Power Code	1 ea
3	ARM Cuff	1 set
4	Ankle Cuff	1 set
5	Air Line(Air Tube)	1 set
6	PCG Sensor & Weight (PCG Microphone)	1 set
7	Laser printer	1 ea
8	Operating & Service Manual	1 set

B. REMARKS :

1. Installation

계약자는 고객의 전제 조건으로 이 장비를 설치해야 하고, 제품 교육에 대해 무료로 제공합니다.

2. Warranty

무상보증 조건. 3년의 무상 서비스 기간이 제공됩니다.

3. Data 전송을 위한 PACS 및 EMR 연동 구축비용 포함

* 위와 같이 일반 경쟁 입찰을 의뢰합니다.

PS : 입찰 후 최저가 응찰 업체를 낙찰자로 결정함.

2026. 01. 13.

사용부서명 : 건강증진센터

신청인 성명 :

부서장 성명 :

기술부서명 : 의용공학과

담당자 성명 : 강 석 만

의용공학과장代 : 서 보 경