

특수의료장비 품질관리 정밀검사(3년) 성적서

문서번호 : 25-01077-0

시행일자 : 2025-07-09

수 신 : 고신대학교복음병원

제 목 : 품질관리검사 성적 통보

의료기관명	고신대학교복음병원		
소재지	부산 서구 감천로262(암남동) 고신대학교복음병원 영상의학과		
장비명	전산화단층촬영장치	장비고유번호	3260000-02-201906-00001
모델 / 형식	SOMATOM Force / WCT-1300-150		
제조사 / 제조국	Siemens / 독일	설치장소	3동 지하 1층
제조번호	76053		
제조년월일	2019-06-00		

위 장비에 대한 검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

검사항목		검사결과	판정
인력검사		이상없음	적합
시설검사		이상없음	적합
정도관리기록검사	정도관리	이상없음	적합
	기기변경	이상없음	-
팬텀영상검사		이상없음	적합
임상영상검사		이상없음	적합
종합판정		적합	
기타의견(부적합 사유)			
첨부		검사결과서 1부	

2025 년 07 월 09 일

한국의료영상품질관리원장



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.