

특수의료장비 품질관리 서류검사 성적서

문서번호 : 25-01798-0

시행일자 : 2025-10-29

수 신 : 고신대학교복음병원

제 목 : 품질관리검사 성적 통보

의료기관명	고신대학교복음병원		
소재지	부산광역시 서구 감천로 262 (암남동)		
장비명	자기공명영상촬영장치	장비고유번호	3260000-01-202106-00001
모델 / 형식	SIGNA Architect / 3.0T		
제조사 / 제조국	GE / 중국	설치장소	6동 지하1층 MRI실
제조번호	ANTAT2100003TJ		
제조년월일	2021-06-01		

위 장비에 대한 검사 결과를 아래와 같이 통보합니다.

검사항목		검사결과	판정
인력검사		이상없음	적합
시설검사		이상없음	적합
정도관리기록검사	정도관리	이상없음	적합
	기기변경	이상없음	-
팬텀영상검사		이상없음	적합
영상영상검사		해당없음	-
종합판정		적합	
기타의견(부적합 사유)			
첨부		검사결과서 1부	

2025 년 10 월 29 일

한국의료영상품질관리원장



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.