

Quality Maintenance Report

기 기 명	ECG(심전도기)
부 서 명	심장검사실

담당자	계 장	과 장	부 장
			

자 산 번 호	B3202A7020081	점 검 일	22. 6. 13
		차기점검일	23. 6. 13

기 기 내 역				점 검 사 항	
모 델 명	MAC5500			점검방법	자체
업 체 명	인제메디칼	제조사명	GE	QM 종류	수리 및 점검
취득일자	20080630	S/N	SCD07520874PA	비용구분	무
점 검 내 용			점검결과	비 고	
1. 조작 판넬 기능점검(Power Switch 등)			P	P :Pass F : Fail	
2. EKG Lead 상태 확인			P		
3. Front Panel LED Display 상태			P		
4. EKG 출력 Wave 점검			P		
5. 기록 장치 점검			P		
6. 1mV Sensing 확인			P		
7. Electrical Safety 점검(누설전류점검)			P		
8. 장비 청결상태			P		
9. 기타			P		
세부점검사항 :					

고신대학교 복음병원 의용공학과