

진단용 방사선 발생장치의

☒ 최초설치검사

☐ 정기검사

☐ 재검사

성적서

문서번호: J202241439

시행일자: 2022년 11월 22일

수신: 안전관리책임자

제목: 검사성적 통보

128

의료기관명	고신대학교복음병원	소재지	부산광역시 서구 감천로 262 (암남동)
품목명	전산화 단층 촬영장치	용도	전신
형식 및 모델	WCT-800-140 / SOMATOM Definition Flash		
제조국 및 제조사	독일 / SIEMENS		
제조번호	73315		
제조연월일	2011년 02월		
최초사용신고일자	2011년 03월 21일		

위의 장치에 대한 검사결과를 아래와 같이 통보합니다.


장치의 명칭	형식 및 모델			검사항목	검사결과	판정
	X-선튜브	제어장치	고전압발생장치			
전산화 단층 촬영장치	WCT-800-140 / SOMATOM Definition Flash			검사결과서 참조	검사결과서 참조	종합판정 참조
	10414539 / 10414539	10742499	08365707 / 08365707			
종합판정	적합					
그 밖의 의견	※ X-선관 교체					

기술책임자	김동호	
검사자	김창성	박윤중

2022년 11월 22일

질병관리청 검사기관 등록 검사 22-3호

(재)한국의료기기평가원 이사장



주소: 경기도 성남시 분당구 판교로 700 분당테크노파크 E동 301호

전화번호: 1577-3630

진단용 방사선 발생장치의

☒ 최초설치검사
☐ 정기검사
☐ 재검사

성적서

문서번호: J202241145
 시행일자: 2022년 11월 18일
 수신: 안전관리책임자
 제목: 검사성적 통보

의료기관명	고신대학교복음병원	소재지	부산광역시 서구 감천로 262 (암남동)
품목명	전산화 단층 촬영장치	용도	전신
형식 및 모델	WCT-1300-150 / SOMATOM Force		
제조국 및 제조사	독일 / SIEMENS		
제조번호	76053		
제조연월일	2019년 06월		
최초사용신고일자	2019년 07월 01일		

위의 장치에 대한 검사결과를 아래와 같이 통보합니다.

장치의 명칭	형식 및 모델			검사항목	검사결과	판정
	X-선튜브	제어장치	고전압발생장치			
전산화 단층 촬영장치	WCT-1300-150 / SOMATOM Force			검사결과서 참조	검사결과서 참조	종합판정 참조
	10414460 / 10414460	10742499	10513646 / 10513646			
종합판정	적합					
그 밖의 의견	※ X-선관 교체					

기술책임자	김동호	
검사자	김창성	박윤중

2022년 11월 18일

질병관리청 검사기관 등록 검사 22-3호

(재)한국의료기기평가원 이사장



주소: 경기도 성남시 분당구 판교로 700 분당테크노파크 E동 301호

전화번호: 1577-3630

진단용 방사선 발생장치의

- ☒ 최초설치검사
☐ 정기검사
☐ 재검사

성적서

문서번호: J202246454
 시행일자: 2022년 12월 26일
 수신: 안전관리책임자
 제목: 검사성적 통보

의료기관명	고신대학교복음병원	소재지	부산광역시 서구 감천로 262 (암남동)
품목명	전산화 단층 촬영장치	용도	전신
형식 및 모델	WCT-1300-150 / SOMATOM Force		
제조국 및 제조사	독일 / SIEMENS		
제조번호	76800		
제조연월일	2022년 12월		
최초사용신고일자	신규		

위의 장치에 대한 검사결과를 아래와 같이 통보합니다.


장치의 명칭	형식 및 모델			검사항목	검사결과	판정
	X-선튜브	제어장치	고전압발생장치			
전산화 단층 촬영장치	WCT-1300-150 / SOMATOM Force			검사결과서 참조	검사결과서 참조	종합판정 참조
	10414460 / 10414460	10742499	10513610 / 10513610			
종합판정	적합					
그 밖의 의견	※ 신규 설치					

기술책임자(부)	용성중	
검사자	김성진	박윤중

2022년 12월 26일

질병관리청 검사기관 등록, 검사 22-3호

(재)한국의료기기평가원 이사장



주소: 경기도 성남시 분당구 판교로 700 분당테크노파크 E동 301호

전화번호: 1577-3630

MR I

특수의료장비 품질관리 검사필증

장비고유번호	3260000-01-201305-00001		
특수의료장비명칭	자기공명영상촬영장치	용도	전신용
의료기관			
명칭	고신대학교복음병원	종별	종합병원
주소	부산 서구 암남동 고신대학교복음병원 영상의학과		
전화번호/FAX	0519903005 / 0519903005	요양기관기호	21100039
개설자성명	김종철	생년월일	1959-02-14
특수의료장비 관리자			
성명	박재춘	생년월일	1982-11-03
면허(자격)종별	전문의	면허(자격)번호	4071
검사일시(접수일)	2022년 06월 15일		
검사결과	적합		

특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 제5조 및 품질관리검사업무절차 등에 관한 규정에 의해 검사한 결과 적합하게 운영하고 있음을 증명합니다.

2022 년 7 월 18 일

재단법인 **한국의료영상품질관리원장**



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.

MR II

특수의료장비 품질관리 검사필증

장비고유번호	3260000-01-201305-00002		
특수의료장비명칭	자기공명영상촬영장치	용도	전신용
의료기관			
명칭	고신대학교복음병원	종별	종합병원
주소	부산 서구 암남동 고신대학교복음병원 영상의학과		
전화번호/FAX	0519903005 / 0519903005	요양기관기호	21100039
개설자성명	김종철	생년월일	1959-02-14
특수의료장비 관리자			
성명	박재춘	생년월일	1982-11-03
면허(자격)종별	전문의	면허(자격)번호	4071
검사일시(접수일)	2022년 06월 15일		
검사결과	적합		

특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 제5조 및 품질관리검사업무절차 등에 관한 규정에 의해 검사한 결과 적합하게 운영하고 있음을 증명합니다.

2022 년 7 월 18 일

재단법인 **한국의료영상품질관리원장**



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.

MR 3


특수의료장비 품질관리 검사필증

장비고유번호	3260000-01-202106-00001		
특수의료장비명칭	자기공명영상촬영장치	용도	전신용
의료기관			
명칭	고신대학교복음병원	종별	종합병원
주소	부산 서구 암남동 고신대학교복음병원 영상의학과		
전화번호/FAX	0519903005 / 0519903005	요양기관기호	21100039
개설자성명	김종철	생년월일	1959-02-14
특수의료장비 관리자			
성명	박재춘	생년월일	1982-11-03
면허(자격)종별	영상의학과전문의	면허(자격)번호	4071
검사일시(접수일)	2022년 10월 20일		
검사결과	적합		

특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 제5조 및 품질관리검사업무절차 등에 관한 규정에 의해 검사한 결과 적합하게 운영하고 있음을 증명합니다.

2022 년 10 월 28 일

재단법인 **한국의료영상품질관리원장**



한국의료영상품질관리원은 최상의 검사서비스와 체계적이고 정확한 품질관리검사를 시행하기 위하여 ISO 9001:2008 품질경영시스템을 인증 받았습니다.